

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 4 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ công tác chuyên môn năm 2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: DS. Nguyễn Thị Phương Liên; SĐT: 0985330366; Gmail: phuonglien.cdcpv@gmail.com.
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Khoa Dược – VTYT, Số 10 đường Hai Bà Trưng, phường Đồng Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 10h ngày 08 tháng 4 năm 2025 đến trước **08h00 ngày 21 tháng 4 năm 2025**.

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục hàng hóa cụ thể: (Phụ lục kèm theo).
- Các nhà cung cấp gửi bản báo giá đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, giao hàng tại Khoa Dược-VTYT, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc. Địa chỉ: Số 10, đường Hai Bà Trưng, phường Đồng Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Quý II năm 2025.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 100% giá trị nghiệm thu trong vòng 60 ngày kể từ ngày bên bán giao hàng hóa, hóa đơn và các chứng từ thanh toán cho bên mua.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc rất mong nhận được sự phản hồi thông tin từ các đơn vị cung cấp./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Trung tâm;
- Lưu: DVTYT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Trường

DANH MỤC VẬT TƯ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM
(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 08/4/2025 của Trung tâm KSBT tỉnh Vĩnh Phúc)

STT	Danh mục	Đặc điểm kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính	Ghi chú
1.	Turbin máy đo chức năng hô hấp	Kích thước: - Đường kính ngoài: 33,3 mm - Đường kính trong: 30,5 mm - Chiều dài: 41,5 mm - Độ dày: 2 mm - Phần ngâm miệng: $\phi 30\text{mm}$ Chất liệu: - Polycarbonate, giấy/cellulose nguyên chất, HOSTAFORM C52021	60	Cái	
2.	Ống thổi đo chức năng hô hấp	Được làm từ giấy Kraft và được thiết kế sử dụng cho một bệnh nhân. Mỗi ống ngâm được đóng gói riêng biệt để đảm bảo mức vệ sinh an toàn tối đa. Chất liệu phủ là lớp màng Polypropylene trung tính. Đường kính xấp xỉ 30 mm. Được sử dụng như là phụ kiện của máy đo chức năng hô hấp	400	Cái	
3.	Ống thổi đo lưu lượng đỉnh	Ống giấy đo lưu lượng đỉnh. Đường kính 24mm	1.100	Cái	
4.	Giấy in nhiệt dùng cho máy đo chức năng hô hấp	Giấy in nhiệt dùng cho máy đo chức năng hô hấp. KT 11cm	30	Cuộn	
5.	Que thử dùng cho máy đo đường huyết	Thành phần chính: Non-reactive ingredients $\geq 2.1\%$ w/v Glucose dehydrogenase(FAD-dependent) ≥ 4 unit/v $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6 \geq 4.5\%$ w/v Thông tin bổ sung: Gold Electrode Cỡ mẫu: 1 μL	2.100	Que	

		Thời gian phản ứng: 10 giây Phạm vi đo hệ thống: 20 mg/dL đến 600 mg/dL Phạm vi hematocrit: 10% đến 70% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016			
6.	Kim chích	Kim chích lấy máu	2.200	Que	
7.	Đường glucose	Đường glucose	90	Kg	
8.	Khẩu trang y tế	Khẩu trang y tế dùng 1 lần. Lót vải lọc không khí không thấm nước, thoáng khí không gây dị ứng da. Có tác dụng lọc khuẩn, mùi và bụi mịn	1.400	Chiếc	
9.	Tăm bông ngoáy họng	Tăm bông hạ họng	100	Cái	
10.	Kit xét nghiệm Dengue virus bằng kỹ thuật Realtime PCR	được sử dụng trong thử nghiệm định tính RNA của Dengue Virus (DFV) gây sốt xuất huyết từ mẫu huyết thanh hoặc huyết tương Thành phần: - Hóa chất PCR (50 test) - Chứng dương	1	Bộ	
11.	Bơm kim tiêm 5ml	Đầu côn hoặc đầu xoắn, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khía bề gãy để hủy. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Cỡ kim 23G x 1" và 25G x 1". Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485. Hộp $\geq$ 100 cái	300	Cái	
12.	Băng dính cá nhân y tế	Vải Viscose và Polyamide co giãn, không thấm nước. Dệm thấm dịch Màu trắng gồm bông và lớp lưới Polyethylene không gây dính. Keo Oxyd kẽm không dùng dung môi. Kích thước: 19mm x 72mm. Đạt tiêu chuẩn EN ISO13485. Hộp $\geq$ 102 miếng	2.040	Cái	
13.	Ống nghiệm nước tiểu	Ống nghiệm nước tiểu	750	Cái	
14.	Hóa chất rửa dùng cho máy xét nghiệm	Thành phần: Sodium Sulfate Anhydrous: 3.0-5.5g/L	1	Can	

	huyết học Mindray	Sodium Chloride: 7.5-11.5g/L Anti-fungal and Anti-bacterial Agents: 1.0-3.0g/L Polyoxyethylene Ester: 0.3-1.5g/L. Can $\geq 5,5$ lít			
15.	Hóa chất ly giải dùng cho máy xét nghiệm huyết học Mindray	Thành phần: Quarternary Ammonium Salts: <50g/L Nonion Surfactant: <15g/L Isopropanol: 0.1-1.5ml/L Ethanol: <1.5ml/L. Chai ≥ 500 ml	1	Chai	
16.	Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg)	Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần của người Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Độ nhạy: 98.89%, Độ đặc hiệu: 98.87% - Thành phần Kit thử: - Vùng cộng hợp IgG chuột kháng HBsAg-04 (0.16 μ g) - Vạch kết quả: IgG chuột kháng HBsAg-B20 (0.20 μ g) - Vạch chứng IgG dê kháng chuột (0.20 μ g) - Bảo quản ở nhiệt độ thường - Ngưỡng phát hiện 1ng/ml	360	Test	
17.	Que thử/Khay thử xét nghiệm kháng thể kháng HIV	Phát hiện và phân biệt kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2, Loại mẫu sử dụng: Huyết thanh, Huyết tương, Máu toàn phần. Nằm trong khuyến cáo xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia bổ sung 2020 của viện VSDTTW	30	Test	
18.	Ống nghiệm chống đông Chimigly	Ống nghiệm chống đông Chimigly	200	Cái	
19.	Bông tẩy rửa	Dùng để làm sạch và khử trùng da trước khi tiêm. Đóng gói từng túi một	2	Hộp	

20.	Dung dịch rửa tay sát khuẩn	Hoạt chất: Ethanol 50% (w/w), Isopropanol 28% (w/w), Chlorhexidine digluconate 0,5% (w/w). Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, Caprylic triglyceride, Isopropyl myristate, Olive Oil PEG-7 Esters... Chất tạo màu, hương liệu. Hàm lượng Methanol: ≤ 2000 (mg/l) Đạt tiêu chuẩn EN 1500, EN 12791. Chai ≥ 500 ml	10	Chai	
21.	Giấy siêu âm	KT: 110mmx20m dùng cho máy in siêu âm	10	Cuộn	